

Северо-Западный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"



План-график
 поверки средств измерений
 АМСГ-4 "Псков" на 2018 г.

№ п/п	Наименование СИ	Тип	Заводской номер	Год выпуска	Пределы измерения	Класс	Дата последней поверки	Планируемое время поверки
1	Станция комплексная радиотехническая аэродромная метеорологическая	КРАМС-4	06053	25.01.2006			09.11.2017	08.11.2018
2	Измеритель влажности и температуры	HMP45D	A5230033	28.12.2005	-40° ÷ 60° 0,8 ÷ 100%	±(0,2+0,01Δt) при влажн. от 0,8 до 90% ±4% при влажн. от 90 до 100% ±5%	09.11.2017	08.11.2018
3	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43101	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018
4	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43102	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018
5	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43103	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018
6	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43104	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018

7	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43105	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018
8	Измеритель дальности видимости	MITRAS	A43106	28.11.2005	0-100%	± 2%	09.11.2017	08.11.2018
9	Датчик высоты облаков	ДВО-2	2УШТ3006	30.05.2006	15-2000 м	±10м (15-100м) ± 0.07мм (свыше 100м)	09.11.2017	08.11.2018
10	Датчик высоты облаков	ДВО-2	2УШТ3001	30.05.2006	15-2000 м		09.11.2017	08.11.2018
11	Барометр цифровой	РТВ220	В0130002	09.01.2006	от 500 до 1100 гПа	не более ± 0,30 гПа	09.11.2017	08.11.2018
12	Флюгер	WAV151	В09547	20.02.2006	0 ÷ 360 град.	±3 град.	09.11.2017	08.11.2018
13	Флюгер	WAV151	А50535	04.01.2006	0 ÷ 360 град.	±3 град.	09.11.2017	08.11.2018
14	Анемометр	WAA151	В09523	16.03.2006	от 0,5 до 60 м/с	± (-0.4 + 0,035V)	09.11.2017	08.11.2018
15	Анемометр	WAA151	А50214	13.12.2005	от 0,5 до 60 м/с	± (-0.4 + 0,035V)	09.11.2017	08.11.2018
16	Облакомер	СТ25К	В01202	05.01.2006	15 ÷ 7500 м	до 100 м - ±10 м от 100 до 7500 м - ±10%	09.11.2017	08.11.2018
17	*Измеритель параметров ветра	ИПВ-01.01	129	2 кв. 2006	от 0,5 до 60 м/с 0 ÷ 360 град.	по скорости воздушного потока: абсолютной :± 0,3м/с (0,5 до 6м/с); относительной : ± 5% при скорости более 6м/с по направлению: ± 10° при средней скорости до 1м/с; ± 3° при средней скорости более 1м/с	09.11.2017	08.11.2019

18	*Измеритель параметров ветра	ИПВ-01.01	131	2 кв. 2006	от 0,5 до 60 м/с 0 ÷ 360 град.	по скорости воздушного потока: абсолютной :± 0,3м/с (0,5 до 6м/с); относительной : ± 5% при скорости более 6м/с по направлению: ± 10° при средней скорости до 1м/с; ± 3° при средней скорости более 1м/с	09.11.2017	08.11.2019
----	------------------------------	-----------	-----	------------	-----------------------------------	---	------------	-------------------

* В 20018 г. поверка не требуется, т.к. межповерочный интервал раз в два года. Последняя поверка проводилась 09.11.2017 г.

Начальник АМСГ-4 "Псков"

Ответственный за метрологическое обеспечение АМСГ-4 "Псков"

16.01.2018 г.



А.В. Козлова

М.Г. Новосёлов