

Северо-Западный филиал ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"

Утверждаю
 Директор Северо-Западного филиала
 ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета"
 _____ С.Г. Быкова
 "17" декабря 2018 г.



ПЛАН-ГРАФИК
поверки средств измерений
АМСГ-4 «Петрозаводск» на 2019г.

№ п/п	Наименование СИ	Тип	Заводской номер	Год выпуска	Пределы измерений	Класс	Дата последней поверки	Планируемое время поверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексная радиотехническая аэродромная метеорологическая станция	КРАМС-4	12160	2012			23.07.2018	21.07.2019
1.1	Облакомер	CL31	J224002	2013	5 – 7500 м	± 10 м (5...100м) $\pm 10\%$ (100...7500м)	23.07.2018	21.07.2019
1.2	Датчик параметров ветра (анемометр)	WAA151	J09419	2013	0,4-75 м/сек	$\pm 0.2(0,2+0,2U)$ м/с	23.07.2018	21.07.2019
1.3	Датчик параметров ветра (анемометр)	WAA151	H44434	2012	0,4-75 м/сек	$\pm 0.2(0,2+0,2U)$ м/с	23.07.2018	21.07.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	Датчик параметров ветра (флюгер)	WAV151	J13309	2013	0-360°	±3°	23.07.2018	21.07.2019
1.5	Датчик параметров ветра (флюгер)	WAV151	J13310	2012	0-360°	±3°	23.07.2018	21.07.2019
1.6	Измеритель видимости	FD12	H28501	2012	10-50000 м	±10% (10-10000 м) ±20 (10000-50000 м)	23.07.2018	21.07.2019
1.7	Измеритель видимости	FD12	H28502	2012	10-50000 м	±10% (10-10000 м) ±20 (10000-50000 м)	23.07.2018	21.07.2019
1.8	Идентификатор погоды	FD12P	H01201	2012	10-50000 м	±10% (10-10000 м) ±20 (10000-50000 м)	23.07.2018	21.07.2019
1.9	Цифровой барометр	PTB220	G3860003	2012	500-1100 гПа	±0,15 гПа	23.07.2018	21.07.2019
1.10	Первичный измерительный преобразователь (датчик) температуры и влажности	HMP155	M3051222	2016	0...100%RH -80... +60° C	±1% RH (0...90% RH) ±1,7% RH (90...100% RH) при -80...+20°C ±(0,176- 0,0028х температура) ⁰ C при +20...+60°C ±(0,07+0,0025х температура) ⁰ C	23.07.2018	21.07.2019
2	Облакомер	CL31	P2430783	2018	5 – 7500 м	± 10 м (5...100м) ± 10% (100...7500м)	20.11.2018	20.01.2019 В составе КРАМС 21.07.2019
3	Облакомер	CL31	L2640491	2015	5 – 7500 м	± 10 м (5...100м) ± 10% (100...7500м)	10.01.2018	20.01.2019 В составе КРАМС 21.07.2019

Начальник АМСГ-4 «Петрозаводск»

 В.Е.Пронин

Ответственный за метрологическое обеспечение

 А.П. Васильченко

17.12.18 г